



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA



Nr. 3607/VA/19.03.2024

## Raspuns la solicitare de clarificari

Referitor la solicitarea de clarificari, inregistrata la sediu ABA Someș Tisa cu nr 3410/18.03.2024 privind achiziția „Gaze speciale pentru analize de laborator” pe anul 2024, Cod CPV: 24111000-5 -Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen, va comunicam urmatoarele:

**1. Intrebare:** Care este distributia cantitativa a gazelor între locatiile ABAST mentionate (Cluj Napoca, Zalau, Satu Mare, Baia Mare, Bistrita)?

**Raspuns:**

Distribuția cantitativă a gazelor între locațiile ABA Someș-Tisa este: LCA Baia Mare - 2 butelii acetilenă și 3 butelii de argon, LCA Satu Mare- 3 butelii acetilenă și 3 butelii de argon, LCA Zalau-1 butelie aer sintetic si LCA Bistrita-1 butelie aer sintetic.

Restul buteliilor sunt la LRCA Cluj-Napoca (Azot 5.0, Azot 6.0, Argon, Hidrogen, Helium, Aer sintetic).

**2. Intrebare:** Cate butelii sunt in medie aflate la fiecare dintre locatii?

**Raspuns:**

În fiecare din locații se găsesc, în medie urmatorul număr de butelii: LRCA Cluj-Napoca - 16, LCA Satu Mare - 5 LCA Baia Mare - 5, LCA Bistrița - 1, LCA Zalau - 1.

**3. Intrebare:** Cate transporturi estimati ca se vor solicita pentru fiecare locatie in parte?

**Raspuns:**

În fiecare din locații estimăm că se vor solicita un număr de transporturi pe an, astfel: LRCA Cluj-Napoca - 12, LCA Satu Mare - 2, LCA Baia Mare - 2, LCA Zalau-1 si LCA Bistrita-1.

**4. Solicitare:** Va rugam sa confirmati ca sunt solicitate butelii care respecta standardul DIN477 privind dimensiunea racordului, astfel: Acetilena - nr 3, Azot - nr 10, Argon si Helium - nr 6, Oxigen si Aer sintetic - nr 9, Hidrogen - nr 1.

**Raspuns:** Menționăm că dimensiunea racordului este, astfel: Conform DIN477 Acetilena - nr 3, Azot - nr 10, Argon si Helium - nr 6, Oxigen si Aer sintetic - nr 9 (se accepta si G5/8 conform DIN13), Hidrogen - nr 1.

Director ABA Someș -Tisa  
Ing. Stefan Rus



Sef Birou Achizitii  
Sp. mark. Alina Bogdan

Sef Laborator  
dr. biol. Claudia Nagy

Intocmit, Sp. mark. Alina Moldovan

**Adresă de corespondență:**

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +4 0264 433 028

Fax: +4 0264 433 026

Email: [apecj@dast.rowater.ro](mailto:apecj@dast.rowater.ro)

Cod Fiscal: RO 42066043  
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

Pagina 1/1