



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA



Nr. 10610/06.10.2026

### Raspuns solicitare clarificari

Catre,

Opertatorii economici interesati

*Referitor la:* Solicitarea de clarificari privind selectia de oferte pentru achizitia de consumabile cromatografie, inregistrata la ABA Someș Tisa sub nr.10561/06.10.2026, va comunicam urmatoarele precizari:

#### **Solicitare 1**

Referitor la poziția 1 din solicitarea de ofertă, combinația cerințelor privind tubul din Teflon, dimensiunea particulelor de 55  $\mu\text{m}$  și a porilor de 70 Å, în configurația 500 mg/6 mL, corespunde produsului Phenomenex Strata C18-E. În urma verificării portofoliilor altor producători, nu am identificat alternative care să îndeplinească simultan toate aceste caracteristici. Pentru a permite participarea cu produse de la alți producători, vă rugăm să confirmați dacă acceptați cartușe C18 endcapped, 500 mg/6 mL, cu tub din polipropilenă, particule de 55-105  $\mu\text{m}$  și pori de 125 Å. Totodată, vă rugăm să precizați dacă tubul din Teflon și valorile exacte ale dimensiunii particulelor și porilor sunt obligatorii pentru metoda utilizată.

#### Raspuns clarificare 1:

Nu se accepta tuburi din polipropilena, deoarece vor fi utilizate la analiza ftalatilor din probe de apa si este interzisa contaminarea cu polipropilena. Asadar, precizam ca tubul din Teflon și valorile exacte ale dimensiunii particulelor și porilor sunt obligatorii pentru metoda utilizată.

#### **Solicitare 2**

Pentru poziția 3 din solicitarea de ofertă, vă rugăm să confirmați dacă sunt acceptate cartușe de la alți producători care respectă caracteristicile tehnice solicitate: copolimer stiren-divinilbenzen, 200 mg/6 mL, extracție în fază inversă și stabilitate la pH 1-14.

#### Raspuns clarificare 2:

Confirmam ca sunt acceptate cartușe de la alți producători, dar care respectă caracteristicile tehnice solicitate: copolimer stiren-divinilbenzen, 200 mg/6 mL, extracție în fază inversă și stabilitate la pH 1-14.

Director ABA Someș Tisa,  
Ing. Stefan Rus



Sef Serviciu Achizitii,  
Sp. mark. Alina Bogdan

Sef LRCA  
dr. biol Cludia Nagy

Intocmit: sp.mark.Alina Moldovan